

Ajust®

– Mini-Sling para IUE na Mulher

Frederico Ferronha; Pedro Galego; Hugo Pardal; Vanessa Vilas Boas;
Catarina Gameiro; Sofia Lopes; Luis Coral; Fernando Calais;
Fortunato Barros; Vaz Santos

Hospital de São José
Correspondência: f.ferronha@gmail.com

Introdução

A técnica do Ajust® consiste na colocação deste novo mini-sling com ancoras de polipropileno desenhadas para fixar consistentemente na membrana do obturador de um modo seguro e com um estilete flexível que se usa para trancar o sling após o ajustamento. Esta técnica permite ao cirurgião apertar ou libertar tensão após a inserção das ancoras e sem perturbar o campo de visão devidos aos introdutores no campo cirúrgico.

Caso clínico

Apresentamos uma colocação de um novo mini-sling (Ajust®) numa doente de 63 anos com incontinência urinária de esforço. À observação apresenta um Stress test positivo, Prova de Boney positivo e Q tip test: 120°.

Resultados

O intra e pos-operatório imediato decorreu sem complicações. A doente teve alta no próprio dia da cirurgia. A doente está continente com 2 meses de Follow up, sem perdas hemáticas.

Conclusão

A colocação destes mini-slings reduz o desconforto do doente no pós-operatório imediato e permite com mais facilidade a cirurgia do ambulatório, que vem ao encontro da estratégia e pretensões das administrações hospitalares públicas.

O valor acrescentado deste mini-sling parece basear-se no seu mecanismo de acção de controlo da hiper mobilidade, ao contrário dos outros mini-slings que funcionam como elementos compressivos.

A grande questão ainda por responder: qual a eficácia a longo-prazo, pois faltam estudos que possam determinar a sua verdadeira eficácia e compará-los com as tradicionais redes da uretra.